

**SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO**
**SET COMPLETO PER AEROSOLTERAPIA IN POLIPROPILENE**

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.0016	121		
ACCESSORI	211 RAPID ADULTI	1575076	R03010301
	214 RAPID BIMBO	1575090	R03010301
	123 AMPOLLA PLASTICA	1575002	R0680
	125 BOCCAGLIO	1575228	R03010380
	124 FORCELLA NASALE	1575226	R03010380
	210 TUBO 70CM		

**IMMAGINE**

**DESCRIZIONE GENERALE**

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso l'apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcilla nasale o boccaglio) fornito assieme in un'unica confezione.

## ACCESSORI

Maschere rapid adulti; maschera rapid bimbo; Forcella Nasale; Boccaglio; Tubo raccordato PVC cm 70

## MATERIALI

POLIPROPILENE PURELL HP371P: Ampolla nebulizzatrice, forcella nasale; boccaglio.  
COLORANTE - RIFRA – RIFRATENE PE BLU DL/24 FNNT: coperchio ampolla.  
PVC MEDICALE – TPV COMPOUND: AM276 DINCH W2069 CRI (cristallo): maschere serie “Rapid”.  
PVC MEDICALE – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI: raccordini per tubo.  
PVC MEDICALE HT – 8087 NON DOP: tubo estruso da cm 70.

## PULIZIA E DISINFEZIONE

Dopo l'uso svitare l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito.  
Lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale sanificazione utilizzare prodotti disinfettanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso.  
Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.  
Conservare in luogo asciutto e pulito lontano dai raggi solari.

## AVVERTENZE

Manipolare con cura durante l'assemblaggio con le parti da connettere. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché può essere utilizzato come gioco pericoloso. Manipolare con cura.  
Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Conforme alla Direttiva CEE93/42 <i>(Compliance with Directive 93/42 EEC)</i>

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### MASCHERINA RAPID ADULTI IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.010R	211	1575076	R03010301

### IMMAGINE



### DESCRIZIONE GENERALE

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all'ampolla nebulizzatrice in plastica ed all'ampolla nebulizzatrice universale in vetro.

### MATERIALI

PVC medicale (Granulo 1) – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

### AVVERTENZE

Manipolare con cura. Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l'integrità. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio basso di Classe I
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico Classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 ( <i>MedicalDevice Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC</i> )

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### MASCHERINA RAPID BIMBO IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.010R	214	1575090	R03010301

### IMMAGINE



### DESCRIZIONE GENERALE

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all'ampolla nebulizzatrice in plastica ed all'ampolla nebulizzatrice universale in vetro.

### MATERIALI

PVC medicale (Granulo 1) – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

### AVVERTENZE

Manipolare con cura. Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l'integrità. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio basso di Classe I
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico Classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 ( <i>Medical Device Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC</i> )

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### AMPOLLA NEBULIZZATRICE IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.003	123	1575002	R0680

### IMMAGINE



### DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcina nasale o boccaglio).

### MATERIALI

Polipropilene PURELL HP371P  
Additivo colorante RIFRATENE PE BLU DL/24 FNT

### SPECIFICHE TECNICHE

Capacità Massima	7 ml
Pressione minima in uso	0,6 bar
Pressione max. in uso	1,7 bar

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Dopo l'uso svitare l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito. Per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti sterilizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore. Conservare in luogo asciutto e pulito lontano dai raggi solari.

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché contiene parti che possono essere ingerite. Manipolare con cura. L'ampolla è un dispositivo mono-paziente. Si consiglia di usare l'ampolla per 90 trattamenti al massimo. Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults) <b>CE</b> Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 ( <i>Medical Device Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC</i> )

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### BOCCAGLIO IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.007	125	1575228	R03010380

### IMMAGINE



### DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie. La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcina nasale o boccaglio). Dispositivo predisposto per ampolla nebulizzatrice in plastica.

### MATERIALI

Polipropilene PURELL HP371P

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore. Conservare in luogo asciutto e pulito.

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché sono parti che possono essere ingerite. Manipolare con cura. Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico Classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 <i>(Medical Device Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC)</i>

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### FORCELLA NASALE IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.005	124	1575226	R03010380

### IMMAGINE



### DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcella nasale o boccaglio).

Dispositivo predisposto per ampolla nebulizzatrice in plastica.

### MATERIALI

Polipropilene PURELL HP371P

## PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore. Conservare in luogo asciutto e pulito.

## AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché sono parti che possono essere ingerite. Manipolare con cura. Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico Classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 ( <i>Medical Device Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC</i> )

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### TUBO RACCORDATO 70 CM IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.00121	210		

## IMMAGINE



## DESCRIZIONE GENERALE

Tubo di collegamento tra l'ampolla per aerosolterapia e la fonte di aria compressa.

## MATERIALI

PVC MEDICALE – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI: raccordini per tubo;  
PVC MEDICALE HT – 8087 NON DOP: tubo estruso da cm 100 a 200

## PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

## AVVERTENZE

Manipolare con cura durante l'assemblaggio con le parti da connettere. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché può essere utilizzato come gioco pericoloso. Verificare sempre che non vi sia la presenza di corpi estranei all'interno del tubo per permettere il corretto passaggio del flusso di aria. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe I
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 <i>(MedicalDevice Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC)</i>