

**1. Identificazione del prodotto/ Product identification → Cannula per aspirazione chirurgica / Surgical cap**

Classificati nella Classe IIa secondo la Regola 6 dell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e sono marcati CE 0546

Products are classified in Class IIa in accordance with Rule 6 of Annex IX to Directive 93/42/EEC and are CE marked 0546.

**2. Identificazione del fabbricante/Manufacturer identification**

Omnia Spa - Via Francesco Delnevo 190

43036 Fidenza - Parma

Tel. 0524.527453 - Fax. 0524.525867 - www.omniaspa.eu

**3. Descrizione del prodotto/General product description:**

**COD. 32.F6565.00** - confezionato singolarmente/*single package*

scatola 20 pezzi + 1 raccordo-adattatore/*box 20 pcs + 1 junction-adapter*

**4. Sterilizzazione/ Sterilization**

Il prodotto è sterile fino ad apertura della confezione /*product sterilization until the open of the envelope*

Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene/ *sterilized to ethylene oxide in the manner defined in the process of validation*

Il periodo di scadenza è indicato nella forma aaaa-mm / *expiry date in the form yyyy-mm.*

**5. CND: A06010103 - cannule di aspirazione**

**6. N° di repertorio: 175386/R**

**Componenti/specifiche tecniche:**

**Components - technical description:**

1. Cannula Omniasurg con cappuccio verde /*Canula - 18 cm*
2. Raccordo-adattatore in blister (blisterato singolarmente)/ *junction-adapter (packaged separately)*

1



3



## **7. Confezionamento/Packaging**

1. Cannula Omniasurg con cappuccio verde /*Canula – 18 cm  
Confezionata singolarmente in blister /Single packaged in blister*
2. Raccordo-adattatore in blister (blisterato singolarmente)/ *junction-adapter (packaged separately)*

I dispositivi sono confezionati in imballo sterile etichettato con le informazioni relative al codice, lotto, data di scadenza, fabbricante e marchio CE.

*Products are packaged in specific envelope labelled with all information about code, lot, expiry date, manufacturer and CE mark*